

Comprendre un rapport d'adhésion thérapeutique

Statistiques d'observance

Période	13/11/2021 - 12/12/2021 (30 jours)
Jours d'utilisation de l'appareil	30 jours
Utilisation moyenne (période entière)	10 h. 3 minutes. 9 s.
1 Utilisation moyenne (jours d'utilisation)	10 h. 3 minutes. 9 s.
Utilisation minimale (1 jour)	7 h. 31 minutes. 15 s.

Résumé CPAP auto

Pression de l'appareil <= 90 % du temps	12,0 cmH2O
Durée moyenne journalière des fuites importantes	4 s.
2 IAH moyen	2,3

Réglages de l'appareil au 12/12/2021

Mode de l'appareil AutoCPAP - A-Flex

Réglages de l'appareil

Paramètre	Valeur
Pression min.	11 cmH2O
Pression max.	16 cmH2O
Réglage A-Flex	3
Verrouillage A-Flex	On
Arrêt automatique	On

Pourcentage de la nuit en fuites importantes (FI)



3 % moyen de la nuit en fuites importantes
0,0%

F. import. moyenne
4 s.

Veillez prendre note que les données indiquées sont à titre indicatif, elles ne représentent pas vos données personnelles.

1 Pour bénéficier des effets positifs de votre thérapie, les heures de traitement devraient représenter le plus possible votre temps de sommeil. Nous vous encourageons à porter votre équipement toutes les nuits.

2 Afin que votre thérapie soit optimale, l'Index d'Apnée et Hypopnée (IAH) devrait être inférieur à 10 par heure. Si tel n'est pas votre cas, nous vous invitons à en discuter avec votre inhalothérapeute.

3 La limite de la valeur acceptable des fuites est de 10%. Si vous n'atteignez pas l'objectif :

Assurez-vous que l'ajustement de votre masque est adéquat

Un mauvais entretien et l'usure de votre masque peuvent aussi être la cause des fuites

Besoin d'accompagnement?

Visitez notre [nouvelle section soutien](#) pour y découvrir des vidéos pédagogiques, des guides d'utilisation ainsi qu'une foule d'autres informations intéressantes.

Des questions?

Contactez-nous au 1 866-341-4975